

## 單元五

## 新制個人照顧與保護及居家生活相關輔具

(以下圖片皆為示意圖片，非為指定或限定輔具)

新制個人照顧與保護及居家生活相關輔具包含以下補助項目分類及補助項次：

單元	新制補助項目分類	新制補助項次
五：個人照顧與保護及居家生活相關輔具	個人照顧與保護輔具	163至175
	居家生活使用相關輔具	176至179

## 一、個人照顧與保護輔具(項次163至175)

## 1. 項次與補助項目

- 項次163 移動式身體清洗槽-局部型
- 項次164 移動式身體清洗槽-全身型
- 項次165 頭護具
- 項次166 馬桶增高器
- 項次167 沐浴椅(一般型)
- 項次168 便盆椅(一般型)
- 項次169 沐浴椅或便盆椅附加功能-附輪
- 項次170 沐浴椅或便盆椅附加功能-具利於移位之扶手
- 項次171 沐浴椅或便盆椅附加功能-具仰躺功能
- 項次172 沐浴椅或便盆椅附加功能-具空中傾倒功能
- 項次173 語音體溫計
- 項次174 語音體重計
- 項次175 衣著用輔具

2. 示意圖片與規格或功能規範說明

項次163 移動式身體清洗槽-局部型




1. 須內建排水裝置。
2. 深度達15公分以上。

項次164 移動式身體清洗槽-全身型

充氣型



折疊型



以床欄為支架型




1. 須內建排水裝置。
2. 深度達25公分以上，且槽體面積須包覆全身(含折疊型產品或以床欄為支架之產品)。

項次165 頭護具



具保護頭部安全之功能，以防護日常活動跌倒時的頭部撞擊。

## 項次166 馬桶增高器



## 項次167 沐浴椅(一般型)



須有背靠，背靠須具平整性及耐壓性；若非為附輪型，須具有止滑腳墊及座高調整功能。

## 項次168 便盆椅(一般型)



須有背靠，背靠須具平整性及耐壓性；若非為附輪型，須具有止滑腳墊及座高調整功能。

項次169 沐浴椅或便盆椅附加功能-附輪



鎖固功能



骨盆帶



須有2輪以上鎖固功能，並配備骨盆帶。

項次170 沐浴椅或便盆椅附加功能-具利於移位之扶手



扶手可拆



扶手可掀



扶手下沉



扶手可拆、掀或下沉以利於移位。

## 項次171 沐浴椅或便盆椅附加功能-具仰躺功能



頭頸支撐



胸帶



仰躺範圍須達30度以上，且具有頭頸支撐功能，及配備胸帶。


## 項次172 沐浴椅或便盆椅附加功能-具空中傾倒功能



頭頸支撐



胸帶



空中傾倒範圍須達20度以上，且具有頭頸支撐功能，及配備胸帶。



項次173 語音體溫計



項次174 語音體重計



項次175 衣著用輔具

穿衣桿



穿鞋器



穿襪器



具易穿脫功能之衣物鞋



指可協助穿著之穿衣桿、穿鞋器、穿襪器、具易穿脫功能之衣物鞋等相關項目。

## 二、居家生活相關輔具(項次176至179)

## 1. 項次與補助項目

- 項次176 飲食用輔具  
 項次177 居家用輔具  
 項次178 物品裝置與處理輔具  
 項次179 藥品處理輔具

## 2. 示意圖片與規格或功能規範說明

## 項次176 飲食用輔具

## 特殊刀、叉、湯匙



## 特殊筷子



## 特殊杯



## 特殊碗盤



指可協助飲食之特殊刀、叉、湯匙、筷子、杯盤等相關項目。

## 項次177 居家用輔具

## 烹調用具



## 衣物處理



清洗與沐浴



視障用凸點定位標籤



視障用語音遙控器  
(如：空調遙控器)



指有助於居家活動之烹調用具、衣物處理、清洗與沐浴、視障用凸點定位標籤、語音遙控器等相關項目。

項次178 物品裝置與處理輔具

長柄取物鉗



防滑墊



特殊門把



開瓶罐器



特製開關



指長柄取物鉗、防滑墊、特殊門把、開瓶罐器、特製開關等相關項目。

項次179 藥品處理輔具

提醒服藥之藥盒



可設定服藥時間，  
並以鈴聲提醒



備藥裝置-取藥器



備藥裝置-切藥與磨藥器



服用藥品裝置-點眼藥水輔助器



服用藥品裝置-吃藥輔助器



指具有可記憶4組以上時間設定，並具視覺、聽覺或震動等主動提醒功能，且藥品置放格數至少4格以上之藥盒或藥袋、輔助手部功能或吞嚥機能損傷者之備藥與服用藥品裝置等相關項目。

